

第二回近畿ペースメーカーフォローアップ研究会のご案内

拝啓 春暖の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。

正式プログラムが出来上がりましたのでお送りさせていただきます。なお研究会終了後参加された方々の親睦を深める目的で懇親会を行う予定としておりますので是非ご参加ください。

敬具

日時 : 2002年4月13日(土) 13:30より受付
場所 : ぱるるプラザ京都(京都駅前徒歩すぐ) 6F C会場
参加費 : 1,000円

《懇親会案内》

会場 : 6F D会場 18:00より
参加費 : 1,000円

プログラム

14:00 開会挨拶

三菱京都病院 臨床検査・工学科 第二回当番世話人 山田 宣幸

14:10 セミナーI 教育講演

座長 森井 淳夫(滋賀県成人病センター)

児玉 哲也(西神戸医療センター)

「ペースメーカージェネレーターの構造

～メジャーデータの読み方に関連して～」

講師 日本ライフライン 有田 洋志 先生

15:25 セミナーII メーカープレゼン 「モードスイッチ機能について」

座長 高垣 勝 (医仁会武田総合病院)

安藤 賢志 (大津赤十字病院)

1 株式会社 ゲッツブラザーズ

マーケティング部 鈴鹿 敏夫氏

2 日本メドトロニック株式会社

BRADY製品教育部 兵頭 健司氏

3 日本ガイダント株式会社

CRM事業部 及川 隆紀氏

16:40 一般演題発表

座長 山田 宣幸 (三菱京都病院)
永村 哲彦 (桜橋渡辺病院)

1) モードスイッチの過作動が疑われた一症例

医仁会武田総合病院 臨床工学科 ○高垣 勝、芹山康雄、中島準仁
中村晴美、山本亜貴子、今村博明

2) ペースメーカー患者への除細動器による治療の一考察

第二岡本総合病院 ME室 ○寺村 聡、宮下 淳、足立 悟
循環器内科 村田 尚子、八木崇文、田辺正喜
道家 智弘、中澤 優子、真城 巖

3) 造影剤アレルギーの為、あえてMRI検査にて脳動脈瘤の診断を行ったペースメーカー植え込み患者の1症例

京都九条病院 臨床工学課 ○荒木友貴、岸本博明
循環器科 藤崎剛斎、甲原一郎、羽田哲也
脳神経外科 瓦葺健太郎、榊原毅彦、山木垂水

4) RRTから早期にEOLに達したペースメーカー患者の一症例

三菱京都病院 臨床検査・工学科 ○山田宣幸、金川裕子、松尾美樹
川原郁代、荻野和大、酒井裕紀

17:40 閉会挨拶

医仁会武田総合病院 代表世話人 高垣 勝

18:00 懇親会

学術集会についてのお問い合わせ

〒615-8087

京都市西京区桂御所町1

三菱京都病院 臨床検査・工学科

山田 宣幸 (第二回近畿ペースメーカーフォローアップ研究会当番世話人)

TEL075-381-2111 内線 (233) FAX 075-381-2152

E-mail mhoffice@abox2.so-net.ne.jp

後援 京都府臨床工学技士会